

Laboratoire :
 Date de validation : 11/04/2008
 Technicien incubation/analyse: labo / labo
 Code sérum : 0802060206
 Date de prélèvement : 06/02/2008
 Nom du patient : CTCB
 Prénom du patient : CHLAMYDIAE
 Date de naissance / Sexe : 01/01/1900 / inconnu
 N° d'enregistrement : 003030110443 1
 Lane : Chlamydiae
 Version / Lot : 03 / 011
 Conjugué / Lot : GA / 010
 Lot lavage / rinçage: ??? / ???
 Analyse 594 : IgA





L'analyse s'est déroulée normalement.

PDN 6.677 1.5.5.157 080314.1 009 2 063

Contrôles			
N° Antigènes	Valeur 470	Valeur 594	Interprétation
3 IgG	23746	2942	Validé.
4 IgM	1592	3476	
1 SA	38100	11891	Validé.
6 ANA	1638	268	Validé.
2 IgA	1870	15611	Validé.

Résultat Antigènes	IgG			Interprétation	IgA			
	Résultat	Unité	Seuil		Résultat	Unité	Seuil	Interprétation
Chlamydia pneumoniae	3.7	UA	1 - 2	POSITIF				
Chlamydia trachomatis	6.19	UA	1 - 2	POSITIF	2.22	UA	1 - 2	POSITIF

Commentaires du technicien



Légende

- (0-1) résultat négatif
- (1-2) résultat équivoque
- (2-6) résultat positif
- (6-10) résultat très fortement positif

Interprétation

Accroches sérologiques sur plusieurs espèces de chlamydiae dues à leur communauté antigénique. Sérologie à interpréter selon le contexte clinique et serait plutôt en faveur de :
 Sérologie pouvant évoquer une infection active à Chlamydia trachomatis si contexte clinique associé.